



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

OBJETO: Aquisição de forma única de EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, destinados às ações de promoção à SAÚDE BUCAL da Secretaria de Saúde nas UNIDADES DE SAÚDE do município de Planalto – PR, a classificação ficou a seguinte:

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	1	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO turbina de alta rotação com corpo metálico cabeça em aço inoxidável, tratamento de superfície antiderrapante. Autoclavável até 135°, rolamento de esferas cerâmicas, sistema de retrosucção (válvula anti-retorno ou filtro de água). Sistema de refrigeração por spray triplo ou mais. Rotação entre 340 – 450 RPM. Encaixe/Conexão borden 2 furos. Sistema de fixação das brocas Push Botton. Pressão de trabalho necessária – 2,4bar ou 35psi. Registro Anvisa Garantia mínima de 12 meses. Marca sugerida – KAVO / NSK / Schuster.	2.450,00	Classificado
MORIMED COMERCIAL EIRELI					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	2	BOMBA DE VÁCUO – para sucção de fluidos e resíduos provenientes de tratamentos ou cirurgias odontológicas. Comando de acionamento: Eletrônico Vácuo máximo: 450 mmHg/17,62 inHg Motor (potência): ½ Hp, rotações do motor (r. p. m.): 3450-60 Alimentação bivolt (127v / 220v) Frequência: 60 Hz. Corrente: 4,57 (220v) / 13,1 ^a	3.550,00	Classificado

Om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			(127v) Tensão na placa de comando: 24 V Vazão de ar máxima: 200litros/Minuto. Consumo de água: 0,30 litros/minuto. Motor com eixo central em inox. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos.		
1	1	3	LAVADORA ULTRASSÔNICA Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital. Frequência do ultrassom 40 KHz; temporizador eletrônico microprocessad; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade de 5 litros.	5.600,00	Classificado

Planalto - PR, 19 de janeiro de 2022.


CARLA SABRINA RECH
MALINSKI
Pregoeira
068.626.699-40


CEZAR AUGUSTO
SOARES
Equipe de Apoio
066.452.549-03